

Monza 28/06/2024

Oggetto: Test di controllo Trimble S6 5" DR300+ s/n 92820584

- CONTROLLO MESSA A FUOCO RETICOLO E CANNOCCHIALE
- CONTROLLO DELLE PARTI IN MOVIMENTO
- VERIFICA VITI MICROMETRICHE / SERVOMOTORI
- VERIFICA BLOCCHI / FRIZIONI
- PULIZIA OTTICA

- VERIFICA BOLLA TORICA
- VERIFICA BOLLA SFERICA
- VERIFICA COMPENSATORE

- RETTIFICA ANGOLARE ORIZZONTALE / VERTICALE V. = 0.0001 H. = -0.0002
- CONTROLLO STABILITA' ANGOLARE
- TILT AXIS 0.0001
- POSIZIONE TEODOLITE (C1 – C2) ΔV. = 0.0001 ΔH. -0.0001

- ALLINEAMENTO OTTICO / DISTANZIOMETRICO
- CONTROLLO DISTANZA INCLINATA / RIDOTTA / VERTICALE
- CONTROLLO IN MODALITA' STD / FSTD / TRK / D

- CONTROLLO ALLINEAMENTO AUTOLOCK
- CONTROLLO COLLEGAMENTO ROBOTICA

- CONTROLLO DELLE OPZIONI PRESENTI

- CONTROLLO TRASFERIMENTO DATI VIA RS232


Tecnico
GEOGLOBEX
di CASIRAGHI ALESSIO
Via Prampolini, 7 - 20900 Monza (MB)
P. IVA: 0390820967
C.F. 03915740967

Si attesta che il prodotto descritto, dopo essere testato è risultato conforme alle specifiche di cui sopra.

I risultati ottenuti sono riferiti al solo strumento esaminato.

Tali risultati non sono estendibili ad altri strumenti simili anche se dello stesso modello.

Il Laboratorio garantisce il mantenimento della riferibilità dei propri Campioni di Prima Linea a quelli indicati dai costruttori dei campioni medesimi. Si rilascia la presente per gli usi consentiti.

E' vietata la riproduzione, anche parziale, del presente documento.